



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinte de mayo de dos mil quince en la [REDACTED] de Oviedo, donde figura inscrita una instalación cuyo titular es [REDACTED], N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en mayo de 2008 (IR-301).-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 2

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada y está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Se encuentran instalados un [REDACTED] (número de serie 4101S02); dos [REDACTED] 1011651 y 1021327) y un orto [REDACTED] [REDACTED] (CH307).-----

Disponen de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X; un delantal plomado; así como de Programa de Protección Radiológica realizado [REDACTED] en diciembre de 2014.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por [REDACTED] en julio de 2013 y septiembre de 2014. Se realiza control dosimétrico de seis usuarios por [REDACTED], siendo la última lectura de abril de 2015 sin valores significativos.-----

DESVIACIONES

No se ha solicitado la actualización del registro por la incorporación de equipo [REDACTED], si bien se dispone de la documentación correspondiente.---

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintidós de mayo de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] [REDACTED], para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Adjuntamos "Recibo Acreditativo de Presentación de Documentos" emitido por el Principado de Asturias, Nº de [REDACTED].

Por lo demás, total conformidad.

En Oviedo, a dos de junio de 2.015.

[REDACTED]

